XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection
and Radiology accessories

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
+41 (0)61 717 14 44











VERBLEITER TÜRBLOCK AUS SPERRHOLZ

Für den Röntgenschutz in Röntgenräumen.
Röntgenstrahlenabweisend.
Vorbereitet für den Anstrich.

- Bleiäquivalenz : 1 mm, 1.5mm, 2mm, 3mm
- Standardmasse* :
  - Höhe : 2040 mm
  - Breite : 730, 830, 930, 1030, 1130,1230 mm, Ausführung in 1 Türflügel.
  - Breite : 630+630 oder 730+730 oder 830+830 oder 930+930 oder 830+430 oder 930+430 oder 830+530 oder 930+530 mm, Ausführung in 2 Türflügeln.

Beinhaltet :

- Brandschutzrahmen EI 30, verbleit hergestellt aus exotischem Holz, 70 x 70 mm,
- Verbleite Fugendichtung (8mm Dicke),
- Brandschutztür EI 30 ausgestattet mit 4 "Picardes" Scharnieren und 1-Riegel-Zylinderschloss,
- Für Doppeltüren, mit Türriegel verschliessbar.

ANFORDERUNGEN AN TÜREN VON MEDIZINISCHEN RÖNTGENRÄUMEN:

Als Grundlage für die Beurteilung der Anforderungen an die Türen dient die Verordnung über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgenanlagen vom Januar 1998.

Folgende Türkonstruktionen sind zugelassen:

- Holz-Blei-Sandwichkonstruktionen
- Stahlkonstruktionen
- Aluminiumstrahlkonstruktionen

Die Türblätter können stumpf einschlagend oder mit Überfalz ausgebildet sein. Im Gegensatz zu den Labortüren gelten für Röntgenraumtüren keine spezifischen Brandschutzanforderungen. Als Türrahmen können Holzrahmen oder Stahl- und Aluminiumzargen verwendet werden.

En savoir plus

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
+41 (0)61 717 14 44

DESCRIPTION DU PRODUIT

Optionen :

- Bleifenster 300 x 400 mm*
- Türrahmen 100 mm oder 120 mm
- Beschichtung : Kunststoff-Laminat-Panel oder aus Okoumé-Holz.

* Andere Masse auf Anfrage

Technische Beschreibung